sebia

Anti-Ig M

Ref. 4365

Masque dynamique / Dynamic mask

IVD

CE

2009/05

Presentación

El antisuero de mamífero anti-Ig M humana (cadenas mu) es una fracción purificada de inmunoglobulinas, diluida en NaN_3 15 mM.
Para una identificación fácil y como ayuda en el control de la aplicación, el antisuero está coloreado con un colorante inocuo similar al color de la etiqueta.

Para Uso Diagnóstico *In Vitro*.

Inmunógeno

Ig M humana purificada para obtener cadenas mu.

Especificidad

El antisuero, probado mediante inmunoelectroforesis clásica e inmunofijación frente a una mezcla de sueros humanos, sólo produce una línea de precipitación.
No se ha observado reactividad contra Ig G, Ig A o las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Es específico de las cadenas mu.

Aplicación

Para la inmunoprecipitación de las proteínas separadas mediante electroforesis.
Este antisuero es específico de las técnicas de inmunofijación realizadas con la plantilla dinámica.
Consulte la hoja de instrucciones de los kits HYDRAGEL de inmunofijación con la plantilla dinámica.*
Los antisueros pueden ser de orígenes animales diferentes. Es por tanto imperativo no mezclar dos viales diferentes de antisueros, incluso si son de la misma especificidad, y SIEMPRE hay que cambiar la punta de la pipeta al cambiar de vial.
Cuando el antisuero presenta una ligera turbidez o precipitados, generalmente basta con poner el vial a temperatura ambiente unos 10 minutos antes de su utilización. Si la turbidez persiste, no perturbará la reacción inmunológica. Si hay un precipitado insoluble, se recomienda centrifugar el antisuero durante 5 minutos a 3000 r.p.m.

Los volúmenes recomendados son los siguientes :

Segmento de 6 pocillos para el HYDRAGEL 1 IF :	8 µL por pocillo,
Segmento de 15 pocillos para el HYDRAGEL IF 2/4 :	8 µL por pocillo para el análisis de 2 muestras,
	12 µL por pocillo para el análisis de 4 muestras,
Segmento de 18 pocillos para el HYDRAGEL 9 IF :	8 µL por pocillo.

Conservación y estabilidad

El antisuero debe conservarse en la nevera (entre 2 y 8 °C). Es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la caja o en la etiqueta del vial de antisuero.
NOTA : Durante el transporte, el antisuero puede permanecer a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C) durante 15 días sin que esto afecte a la calidad del test.

(*) SEBIA